04.09.2026

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Öğrenci Laboratuvarı 2'de yer alan 33 (otuz üç) adet öğrenci mikroskobunun arıza durumları ve bakım gereksinimleri tarafımızca değerlendirilmiş olup söz konusu cihazlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Arızalı mikroskoplar listesi

Mikroskop No	Arızası	Kondisyonu
20	Lam tutacağı mevcut değil, diyaframı mekanik olarak sabit değil	Kullanılamaz
22	40x objektif derin lekeli veya hasarlı	Kısmen kullanılabilir

Tablo 2. Bakım gereksinimi olan mikroskoplar listesi

Mikroskop No	Bakım gereksinimi	Kondisyonu
4	Şaryo düzeneğinin yağlanması gerekiyor	Kullanılabilir
5	Mikro vidanın sabitlenmesi gerekiyor	Kullanılabilir
11	Mikro vidanın sabitlenmesi gerekiyor, 4x objektifin ışık kaynağına hizalanması gerekiyor	Kullanılabilir
12	Şaryo düzeneğinin yağlanması gerekiyor	Kullanılabilir
30	Mikro vidanın sabitlenmesi gerekiyor, makro vidanın gevşetilmesi gerekiyor, diyaframın sabitlenmesi gerekiyor	Kullanılabilir

Uygulama derslerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ilgili cihazların bakım ve onarımlarının sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Gülsen KENDİR

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı